



ДСНС України

**РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(РІВНЕНСЬКИЙ ЦГМ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:	Рівненський обласний центр з гідрометеорології, код ЄДРПОУ 21084604, адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Гоголя, 4
2	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	Електроаспіратор ASA-1S (150) або аналог (ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори)
3	Ідентифікатор закупівлі:	Відкриті торги з особливостями UA-2025-10-07-014191-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	ASA-1S (150) призначений для забезпечення відбору проб повітря на пил в стаціонарних постах з метою наступного аналітичного контролю. Діапазон вимірювань об'єму відібраної проби повітря, л (м ³) - від 2000 до 3000 (від 2 до 3). Границя допустимої відносної похибки вимірювання об'єму проби, % –±4. Ємність рахункового механізму лічильника складає 99999,999 м ³ . Режим відбору об'ємних витрат задається оператором в діапазоні, л/хв - від 100 до 150 (за замовленням заводське налаштування 150 л/хв). Потужність, споживана електроаспіратора, Вт. не більше – 60; Електричне живлення від мережі 220 В - 50Гц. По стійкості до дії температури і вологості навколишнього повітря електроаспіратор відповідає виконанню УХЛ категорії розміщення 4.2 за ГОСТ

		<p>15150.</p> <p>По захищеності від попадання в середину твердих сторонніх тіл і води електроаспіратор відповідає ступеню захисту IP56 за ГОСТ 14254.</p> <p>Габаритні розміри, мм не більше – 400x210x320.</p> <p>Маса, кг, не більше – 11,0.</p> <p>Прилад повинен бути внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.</p>
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	Враховуючі розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.
6	Очікувана вартість предмета закупівлі:	61 800 грн з ПДВ
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари та послуги, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах постачальників відповідної продукції та виходячи з моніторингу цін на ринку палива.
	Кількість закупівлі:	1 шт.
8	Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, щопідтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:	нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)