

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:	Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480
2	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	<i>Скрубер KS 1000 (або еквівалент) для уловлювання токсичних газів за методом К'ельдаля для автоматичної дистиляційної установки UDK149</i>
3	Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-08-14-008885-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Технічні характеристики: Призначення: нейтралізує корозійні та токсичні випаровування, що утворюються під час мінералізації за методом К'ельдаля, у два етапи: розведення та нейтралізація. Скрубер KS 1000(або еквівалент) для уловлювання токсичних газів за методом К'ельдаля для автоматичної дистиляційної установки UDK149 з наступними характеристиками: 1. Максимальна швидкість повітряного потоку, не більше 25 л/хв 2. Можливість регулювання потужності всмоктування у 4 етапи. 3. Регулювання вакууму до 0,02 бар 4. Можливість використання фільтру з активованим вугіллям. 5. Габарити приладу не мають перевищувати 315х335х360мм 6. Вага приладу не має перевищувати 11 кг 7. Інструкція на українській мові

		8. Корпус скрубера має бути виготовлений з металу та технополімеру, стійких до корозії. 9. Прилад має бути обладнаний ємністю для води та ємністю для луку об'ємом 3,5 л 10. Прилад має бути оснащений перфорованими дисками. 11. Керування приладом через інтерфейс
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	відповідно до обсягів кошторисних призначень на 2025 рік
6	Очікувана вартість предмета закупівлі:	183000,00 грн з ПДВ.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20 .
	Кількість закупівлі:	1 шт
8	Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:	Відкриті торги з Особливостями. Нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178;».