

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:	Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480
2	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	Дозиметри – радіометри професійні, ДК 021:2015:38340000 - 0 – «Прилади для вимірювання величин»
3	Ідентифікатор закупівлі:	UA-2026-06-22-002117-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Діапазон вимірів ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання 0.1 ... 9 999 мкЗв/год Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання з довірчою імовірністю 0.95 (15+2/Н*(10)) %, де Н*(10) – числове значення вимірюваної ПЕД, виражене в мкЗв/год Діапазон вимірів ЕД фотонного іонізуючого випромінювання 0.001 ... 9 999 мЗв Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ЕД фотонного іонізуючого випромінювання з довірчою імовірністю 0.95±15 % Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструється 0.05 ... 3 МеВ Енергетична залежність показів дозиметра при вимірюванні ПЕД та ЕД фотонного іонізуючого випромінювання в енергетичному діапазоні від 0.05 МеВ до 1.25 МеВ ±25 %

		Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання 10 ... 100 000 част./($\text{см}^2 \cdot \text{хв}$) Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання з довірчою імовірністю 0.95 $(20+200/\phi\beta) \%$, де $\phi\beta$ – числове значення вимірюваної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання, виражене в част./($\text{см}^2 \cdot \text{хв}$) Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються 0.5 ... 3 MeV Діапазон вимірів часу накопичення ЕД 9 999 год Номінальна напруга живлення дозиметра 3 В Діапазон робочих температур -20 ... +50 °C
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	відповідно до обсягів кошторисних призначень на 2026 рік
6	Очікувана вартість предмета закупівлі:	214270,00 грн з ПДВ.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Очікувана вартість товару закупівлі визначена відповідно до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель, з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки України від 18.02.2020 №275, шляхом аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічні товари розміщені в мережі Інтернет.
	Кількість закупівлі:	12 шт
8	Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:	Запит (ціни) пропозицій/ Нормами чинного законодавства України, Постанови КМУ від 14 вересня 2020 р. № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу», Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».